

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE  
CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL**

**IA3-INE-032/2017**

**Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el  
servicio de atención de urgencias médicas de personal del  
instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las  
instalaciones del Instituto**

**Preguntas y Respuestas**

**21 DE NOVIEMBRE DE 2017**

**ACTA CORRESPONDIENTE A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.**

## ACTA

En la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, **sexto** piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, con fundamento en el artículo 99 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 y el numeral 6.1 de la convocatoria segundo párrafo de la convocatoria se informa que se recibieron solicitudes de aclaración al contenido de la convocatoria, a través de los correos [roberto.medina@ine.mx](mailto:roberto.medina@ine.mx) y [atencion.proveedores@ine.mx](mailto:atencion.proveedores@ine.mx) de los licitantes que se enlistan a continuación:-----

No.	Licitante	Núm. de Preguntas
1	Continental Automotriz, S.A. de C.V.	4
2	Admed, S.A. de C.V.	13
<b>Total</b>		<b>17</b>

Por lo anterior el área requirente Coordinación de Seguridad y Protección Civil y el área convocante Subdirección de Adquisiciones, dan contestación respectivamente a las solicitudes de aclaración recibidas mismas que se relacionan en el **Anexo 1 "Preguntas y respuestas"** que forma parte integrante de la presente acta. -----

Asimismo, se informa a los licitantes que se reitera que el **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el día **23 de noviembre de 2017 a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.**-----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 "Preguntas y respuestas"** de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad

**ACTA CORRESPONDIENTE A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.**

de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.ine.mx](http://www.ine.mx) | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | CompraINE | ó | Licitaciones | o desde <https://compras.ine.mx> | Consulta los procedimientos vigentes y concluidos | Presenciales a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.

-----

----- **FIN DEL ACTA** -----

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.**

## **ANEXO 1**

### **PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Continental Automotriz, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del Instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	30	Anexo 1. Partida Uno. Especificaciones Técnicas. Chasis	Con la finalidad de no limitar la participación., solicito atentamente me permita participar, solicito atentamente me permita participar con una camioneta marca Ram Promaster 2500, con las siguientes especificaciones:		
	30	Tipo Van	Techo Alto, 11.53 m3	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro de las especificaciones técnicas.	Coordinación de Seguridad y Protección Civil (CSPC).
	30	Motor	Capacidad Tanque de Combustible de (Lt) 90.	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	CSPC
			Capacidad del alternador (amp) 220.	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	CSPC
			Tipo de Suspensión frente / Tras. (Mac Pherson strut/Hotchkiss)	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	CSPC
		Peso vehicular (Kg) 2165.	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	CSPC	

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

			Capacidad de carga (Kg) <b>1872.</b>	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	<b>CSPC</b>
			Capacidad de suspensión delantera (Kg) <b>De acuerdo al fabricante.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
			Capacidad de suspensión trasera (Kg) <b>De acuerdo al fabricante.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
			Ancho entre espejos (mm) <b>De acuerdo al fabricante.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
	30	Dimensiones Exteriores	Altura Total (mm) <b>2254.</b>	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	<b>CSPC</b>
			Tipo de llanta <b>115/112R Nexen Roadian CT8 HL.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
	30	Dimensiones del Área de Carga	Longitud del área de carga (mm) <b>3124.</b>	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	<b>CSPC</b>
			Ancho del área de carga entre paneles (mm) <b>1864.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
			Ancho entre cubiertas de ruedas (mm) <b>De acuerdo al fabricante.</b>	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>
			Altura del área de carga (mm) <b>1930.</b>	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	<b>CSPC</b>
	31	Seguridad	Sistema de asistencia de frenado.	Se acepta su propuesta por estar incluida dentro del rango de las especificaciones técnicas.	<b>CSPC</b>
			Control de tracción cualquier velocidad	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	<b>CSPC</b>

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

			Control electrónico de estabilidad.	Se acepta su propuesta ya que se encuentra dentro de lo solicitado en las especificaciones técnicas.	CSPC
			Asistencia de arranque en pendientes.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	CSPC
			Alarma y llave electrónica codificada.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	CSPC
	31	Interior	Sin porta documentos en toldo interior.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	CSPC
	31	Equipamiento	Sistema de cierre centralizado de seguros.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para los demás participantes.	CSPC
			Sin computadora de viaje.	Se precisa que, se requiere computadora de viaje, considerando como mínimo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odómetro.</li> <li>• Viaje 1.</li> <li>• Viaje 2.</li> <li>• Rendimiento de combustible.</li> <li>• Kilómetros por recorrer con el remanente de combustible.</li> </ul>	CSPC
			Espejos exteriores tipo manual /abatibles	Es correcta su apreciación y se realiza la siguiente aclaración: Dice: Espejos exteriores tipo manual/plegables. Debe decir: Espejos exteriores tipo manual /abatibles	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

**ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

2	36	EQUIPAMIENTO O MÉDICO DE ATENCIÓN GARANTÍA PREHOSPITALARIO	Garantía: Solicito atentamente nos permitan ofertar la garantía de nuestra planta armadora para la unidad de 2 años o 40,000 kms., lo que ocurra primero. Favor de aceptar.	<p>Se acepta su propuesta referente a 2 años o 40,000 kms, lo que ocurra primero, sin ser requisito para los demás participantes.</p> <p>Además los licitantes deberán considerar lo siguiente: Referencia: Anexo 1 Especificaciones técnicas, inciso f) Garantía de fabricación y vicios ocultos de la convocatoria.</p> <p><b>DICE:</b> Cada LICITANTE deberá presentar un escrito que contenga los términos y condiciones a las que se sujetará para hacer efectiva la garantía de los bienes, y/o devolución y/o reposición por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, de acuerdo con lo descrito en Artículo 36, numeral XXIV del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios.</p> <p><b>DEBE DECIR:</b> Cada LICITANTE deberá presentar un escrito original del fabricante del chasis donde se nombre como distribuidor autorizado al LICITANTE, firmada por quien tenga las facultades para ello y dirigida a la convocante con el número de invitación.</p>	CSPC
---	----	--	---	--	------

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

				Respecto a los vicios ocultos, el LICITANTE deberá presentar un escrito que contenga los términos y condiciones a las que se sujetará para hacer efectiva la garantía de los bienes, y/o devolución y/o reposición por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, de acuerdo con lo descrito en Artículo 36, numeral XXIV del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios.	
3	12	Numeral 1.7. Cumplimiento del grado de Contenido Nacional	Entendemos que debemos presentar el "Registro de Empresa Productora de Vehículos Automotores Ligeros Nuevos", expedido por la Secretaría de Economía, ya que este es el que aplica a nuestra planta armadora (fabricante del chasis). Es correcta nuestra apreciación.	Es correcta su apreciación.	CSPC
4	16	Numeral 3.1. Registro Único de Proveedores.	Entendemos que bastará haber realizado el registro correspondiente a través de Compraine, aun cuando no se nos haya activado la cuenta para pertenecer al Padrón de Proveedores del INE, es correcta nuestra apreciación?.	De conformidad con lo establecido en el artículo 207 de las POBALINES, los/las interesados/as en participar en el procedimiento de contratación que no se encuentren en el Registro Único de Proveedores, <u>deberán inscribirse a través de Compraine</u> entre la recepción de la Convocatoria y <u>previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.</u>	Subdirección de Adquisiciones

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

**ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

				<p>En caso de que el LICITANTE ya se encuentre registrado en el Registro Único de Proveedores del INSTITUTO, bastará <b><u>actualizar su expediente en CompralNE:</u></b></p> <p>El alta o actualización del Registro Único de Proveedores del Instituto, se realiza mediante el sistema CompralNE, al cual se puede tener acceso desde la página del Instituto: <a href="http://www.ine.mx/Servicios/INE/Proveedores/CompralNE">www.ine.mx   Servicios INE   Proveedores   CompralNE</a>; o bien, desde la liga: <a href="https://compras.ine.mx">https://compras.ine.mx</a>,   Acceso a proveedores   Regístrate ahora. El procedimiento se encuentra en esta misma página y sección, en el apartado <u>Requisitos para registrarse</u>.</p> <p>El video de ayuda, se encuentra en la liga: <a href="http://www.ine.mx/archivos2/porta/DEA/compraINE/ComprasVideos.html">http://www.ine.mx/archivos2/porta/DEA/compraINE/ComprasVideos.html</a></p> <p>Para mayor información, dirigida a los proveedores del Instituto, visite la liga: <a href="http://www.ine.mx/archivos2/porta/DEA/compraINE/ProveedoresContratistas.html">http://www.ine.mx/archivos2/porta/DEA/compraINE/ProveedoresContratistas.html</a>.</p> <p>Adicionalmente podrá solicitar al correo electrónico <a href="mailto:atención.proveedores@ine.mx">atención.proveedores@ine.mx</a>, la activación correspondiente o al número 56284200 ext.370418 del Instituto.</p> <p>No obstante lo anterior se acepta su propuesta.</p>	
--	--	--	--	---	--

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32	Toldos y Costados interiores	La dependencia solicita recubiertos en triplay de 6mm con tratamiento antihumedad y forrado interior de la unidad con refuerzos en lámina galvanizada y forrado en plástico reforzado en fibra de vidrio y resina poliéster en color blanco y superficie lisa en paredes y techo. Solicita a la dependencia considerar que la aplicación de madera en el forrado interior a mediano plazo este generan focos de infección el cual no es apto para la funcionalidad y asepsia de una ambulancia, por tal motivo solicitamos a la dependencia no acepta nuestro forrado el cual no contempla la aplicación madera en ningún espesor, ¿se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	Coordinación de Seguridad y Protección Civil (CSPC).

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
2	32	Asiento para el jefe de atención	Se solicita a la dependencia poder ofertar nuestro asiento paramédico con la siguientes características: asiento abatible fijo con material aglutinado y forro de vinil de calidad automotriz con respaldo de cabecera alta material aglutinado con forrado en vinil de calidad automotriz 100% lavable, cinturón de seguridad de tres puntos y base en acero de ¼ fijado al piso de la unidad con tornillería de grado.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC
3	32	Puertas laterales	Se solicita a la dependencia aclarar la siguiente información ya que parece que existe un error en la descripción de la puerta lateral, las cuales especifican la de una unidad Chevrolet Express que si tienen conforme al modelo dos puertas bandera en el costado derecho, en cuanto a la RAM promaster esta tiene una puerta corrediza lateral derecha, Favor de aclarar.	Es correcta su apreciación y se realiza la siguiente aclaración:  Dice: En el costado derecho de la unidad para el acceso al compartimiento del paciente en par tipo bandera con medallones originales de planta del fabricante del chasis.  Debe decir:	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				En el costado derecho de la unidad para el acceso al compartimiento del paciente, corrediza original de planta del fabricante de chasis.	
4	32	Agarraderas horizontales	La dependencia solicita agarradera en la parte inferior de cada ventanilla de las dos puertas traseras y una lateral del compartimiento del paciente, fabricadas con estructura metálica y forro de hule vulcanizado, se solicita a la dependencia poder ofertar conforme su necesidad pasamanos en tubo de acero inoxidable de 1" con bridas a los extremos y acabado en pintura electrostática con longitudes acordes a cada puerta, ¿se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC
5	33	Equipo de señalamiento vial y de	Se solicita a la dependencia poder ofertar la ubicación del plafón color blanco (luz de escena) en la sección interior de la unidad en el mueble del	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		emergencia, parte trasera	costado izquierdo sección trasera del mismo para poder iluminar y facilitar el ascenso y descenso del personal médico y paciente, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.		
6	33	Torreta de luces led	Se solicita a la dependencia proporcionar más información de las características de la torreta en cuanto a la cantidad de módulos y tecnología led a requerir. Favor de proporcionar la información.	Se realiza la siguiente aclaración: Dice: En color rojo/cristal con micas fabricadas en policarbonato de un solo nivel con tecnologías Led Roc con un circuito sobre la placa confiable y tecnología Solaris, el ROC, incorporando una placa de circuito impreso (PCB, por su sigla en inglés) en una unidad para reducir sustancialmente la cantidad de conexiones eléctricas, los módulos de led con tecnología Solaris S2, superficies de reflector complejas de compensación para una formación precisa de la luz de leds y una mayor eficiencia óptica. La iluminación de 360 grados con superposición de los reflectores elimina los puntos débiles y proporciona una advertencia fuera del eje	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

**ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>alrededor de la barra de luces con un microprocesador interno de la barra de luces tendrá como mínimo con 10 patrones de destellos diferentes, la barra de luces tendrá un largo como mínimo de 45 pulgadas.</p> <p>Debe decir: En color rojo/cristal con micas fabricadas en policarbonato de un solo nivel con tecnologías LED, superficies de reflector complejas de compensación para una formación precisa de la luz de leds y una mayor eficiencia óptica. La iluminación de 360 grados con superposición de los reflectores elimina los puntos débiles y proporciona una advertencia fuera del eje alrededor de la barra de luces con 10 patrones de destellos diferentes y un largo como mínimo de 45 pulgadas.</p>	

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				Se requiere torreta de luces con ocho módulos de LED (como mínimo cuatro blancos y cuatro rojos).	
7	34	Control de luces, área de cabina de conducción	Se solicita a la dependencia poder ofertar nuestro panel de control para el área de conducción con las siguientes características: Este mismo cuenta con 9 botones digitales (pulsar activa/pulsar desactiva), un botón es el ON- OFF principal del módulo y 8 más para controlar las funciones del área del conductor. Dos voltímetros digitales, uno de ellos monitorea el estado de la batería principal y despliega el valor en voltios en la pantalla de LCD el otro monitorea el estado de la batería auxiliar y despliega el texto en voltios en la pantalla LCD. Todos los botones mencionados anteriormente cuentan con testigo luminoso, acústico y a su vez despliega el texto en la pantalla de la acción	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			ejercida. Indicador de puerta abierta, este mencionado monitorea el cierre y apertura de las puertas del área de pacientes por medio de un testigo luminoso intermitente. Visualización del semáforo de vida por medio de leds en color rojo, amarillo y verde los cuales identifican el estado del paciente. Con este panel se podrá controlar la torreta, perimetrales, sistema Hide a Way, luces de escena, puerta abierta y voltímetros, se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.		
8	34	Control de luces, área médica.	Se solicita a la dependencia poder ofertar nuestro panel de control para el área médica con las siguientes características: Este mismo cuenta con 9 botones digitales (pulsar activa / pulsar desactiva), un botón es el ON-OFF principal del módulo, otro de ellos controla el semáforo de vida y 7 más	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>para controlar las funciones del área de pacientes, un termómetro digital este mismo monitorea la temperatura del área de pacientes y despliega el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Todos los botones mencionados anteriormente cuentan con testigo luminoso, acústico y a su vez despliega el texto en la pantalla de la acción ejercida. Con este panel de</p> <p>Control se tiene un control de iluminación interior alta y baja, semáforo de vida, ventilación y extracción de aire, sistema de succión, luz de mesa de trabajo y control de inversor, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.</p>		
9	34	Centro de carga	Para no limitar nuestra participación se solicita a la dependencia poder ofertar	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			nuestro centro de carga con las siguientes características: 15 funciones protegidas con fusibles independientes, 13 de las mencionadas son a base de relevador electromecánicos de diferentes amperajes y dos de ellas son controladas por ancho de pulso (extractor) y (ventilador), un conector automotriz de 15 vías principal para el arnés de la unidad, un activador de puerta abierta detector de fusible fuera de servicio, este mismo emite un sonido intermitente y a su vez un testigo luminoso indica que fusible está fuera de servicio, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.		
10	35	2 amperímetros digitales:	Se solicita a la dependencia poder ofertar los dos amperímetros con un rango de +/-200amp considerando que en la actualidad por la tecnología que se implementa en una ambulancia en el	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

**ANEXO 1  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			sistema eléctrico, esta no excede en un consumo de 200amp, siendo el rango requerido por la dependencia muy alto, ¿se acepta nuestra oferta?, favor de considerar.		
11	36	1 compartimiento vertical:	Se solicita a la dependencia poder ofertar la fabricación del compartimiento en material polímero plástico de 13mm de espesor en color blanco y superficie lisa, con propiedades antimicótico, antibacterial, anti flama, anti humedad, de fácil limpieza y resistente a solventes, con su respectiva mirilla y puerta para mantenimiento, se acepta nuestra oferta? favor de considerar.	Se acepta su propuesta sin ser requisito para el resto de los licitantes.	CSPC
12	36	Carro camilla rodante	Solicitamos a la dependencia poder ofertar un carro camilla marca Stryker modelo MX-PRO R3 con capacidad de carga de 295Kg, se acepta nuestra oferta? Favor de considerar.	Se realiza la siguiente aclaración:  Dice: De importación Strayker Modelo PRO fabricada en tubo y articulaciones de aluminio, con	CSPC

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>dispositivo de seguro con palanca, seis ruedas de hule duro de alta resistencia, dos de ellas para guía, su entrada con giro de 360°, colchón anatómico sellado de la misma marca que la camilla, con cinturón retráctil ajustable para hombros de la misma marca, 2 cinturones de seguridad pélvicos de la misma marca, con las siguientes dimensiones: largo total: 200 cm., largo mínimo: 160 cm., ancho: 61 cm., altura máxima: 101 cm., altura mínima: 23 cm., número de posiciones: 8, peso: 34 kgs (colchoneta y cinturones), <u>capacidad de carga máximo: 500 libras (227 kg).</u></p> <p>Debe decir:</p> <p>De importación Strayker Modelo PRO fabricada en tubo y articulaciones de aluminio, con dispositivo de seguro con palanca, seis ruedas de hule duro de alta resistencia, dos de ellas para guía, su entrada con giro de 360°, colchón</p>	

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IA3-INE-032/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

ANEXO 1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: Adamed, S.A. de C.V.					
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número IA3-INE-032/2017					
Relativa a: Adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el servicio de atención de urgencias médicas de personal del instituto Nacional Electoral o personas que se encuentren en las instalaciones del Instituto					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				anatómico sellado de la misma marca que la camilla, con cinturón retráctil ajustable para hombros de la misma marca, 2 cinturones de seguridad pélvicos de la misma marca, con las siguientes dimensiones: largo total: 200 cm., largo mínimo: 160 cm., ancho: 61 cm., altura máxima: 101 cm., altura mínima: 23 cm., número de posiciones: 8, peso: 34 kgs (colchoneta y cinturones), <u>capacidad de carga mínima: 500 libras (227 kg).</u>	
13	40	Infuso reusable	Se solicita a la dependencia poder proporcionar mayor información cuando se refiere al infuso reusable, en cuanto a mayor característica del equipo médico, favor de proporcionar dicha información.	Se realiza la siguiente aclaración de que infuso reusable se refiere a una Bomba de infusión, con las características descritas en la convocatoria.	CSPC