

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL**

LP-INE-020/2018

**Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos
de Atención Ciudadana**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


30 DE ABRIL DE 2018

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación. 1
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto. 2
3. Solicitudes de aclaración presentadas. 3
4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto. 4
5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones. 5



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter, de Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **12:00** horas del día **30** de **abril** de **2018**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018, convocada para la **“Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana”**.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. There are approximately 15-20 distinct marks, including what appears to be a signature of 'Alma Olivia Campos Aquino' and several other names or initials.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **12:00** horas del **30 de abril de 2018**, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-020/2018.--

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", inciso b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx, de los licitantes que se enlistan a continuación:-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.	Sí	3
2	REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	No	2
3	PROYECTO DIA, S.A. DE C.V.	No	1
4	SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.	Sí	20

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '4'.

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a large signature and a large 'X' mark.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a signature and the number '4'.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

5	SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.	Sí	24
6	IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS	Sí	17
7	SERVICIOS DE CAPACITACION DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS S. A. DE C. V., S.A. DE C.V.	Sí	2
8	BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V., S.A. DE C.V.	Sí	16
9	Fouet México, S.A. de C.V.	Sí	8
10	LATINID, S.A. DE C.V.	Sí	1
11	NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Sí	13
12	BLACK ECCO, S.A. DE C.V.	Sí	5
Total			112

Se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6.1.2 "Acto de Junta de Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria, las solicitudes de aclaración que se han relacionado fueron enviadas y recibidas en la fecha y hora establecidos en la convocatoria.

En el acto quien preside informa que se recibieron preguntas de manera extemporánea mismas de los licitantes que se enlistan a continuación por lo que con fundamento en el artículo 62 fracción IV de las POBALINES, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo.

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V.	Sí	5
2	Diseño e Integración de Sistemas Computacionales, S de RL de CV	Sí	9
Total			14

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

En el acto se dió a conocer una modificación por parte de la convocante misma que formará parte de la presente acta como **Anexo 1 “Modificaciones de la convocante”**.-----

Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dió lectura a las preguntas presentadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, mismas que se relacionan en el **Anexo 2 “Preguntas y Respuestas”** mismo que forma parte integrante de la presente acta. -----

Acto seguido se dió oportunidad a los licitantes de realizar preguntas a las respuestas proporcionadas por el área requirente, por lo que los licitantes que se enlistan a continuación realizaron preguntas en el acto de junta de aclaraciones mismas que fueron respondidas en el mismo acto:-----



No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	Sí	1
2	Fouet México, S.A. de C.V.	Sí	2
Total			3

Quien preside preguntó a los licitantes si sus preguntas fueron respondidas de forma clara y precisa, a lo que contestaron que **sí** fueron claras y precisas y que no tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria. -----

Asimismo, se informa a los licitantes que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **7 de mayo de 2018 a las 9:30 horas, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el sexto piso de éste mismo edificio.** -----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 “Modificaciones de la convocante** y el **Anexo 2 “Preguntas y Respuestas”**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----

A continuación, conforme al **quinto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 62 fracción tercera de las POBALINES, se dió lectura a la presente acta, quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: o desde www.ine.mx | Servicios INE | Proveedores y contratistas | CompraINE, Licitaciones, a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones siendo las 16:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:





Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Alma Olivia Campos Aquino	Dirección de Recursos Materiales y Servicios		
Paulina Orozco Castillo	Órgano Interno de Control		
Amilcar Rosado Luque	Dirección Jurídica		
Julio Alberto Carrillo Martínez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Antolín Pineda García	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		

(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)













(Handwritten signatures and marks on the left margin)


(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.











Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Gildardo Mendoza Matías	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		

Por los licitantes:

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Idemia Identity & Security France, S.A.S.	Rafael Javier Luengo Bengoa rafael.luengo@idemia.com		
IQsec, S.A. de C.V.	Itzel Abigail Flores Martínez itzel.flores@iqsec.com.mx		
Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	Raymundo Tavira Ramírez rtavira@siasa.com		
Black Ecco, S.A. de C.V.	Teresa Soberanes teresa.soberanes@blackecco.com		
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V.	Alexander de Gandiaga Saavedra alexander.gandiaga@acerta.net		
Fouet México, S.A. de C.V.	Francisco Baca Cardoso fbaca@fmexico.mx Alejandra Lara alara@fmexico.mx		




ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Nec de México, S.A. de C.V.	Iris Adriana Díaz Cal y Mayor idadiaz@nec.com.mx		
Smartmatic México, S.A. de C.V.	Ricardo Acacio Zavala ricardo.acacio@smartmatic.com		
Biometría Aplicada, S.A. de C.V.	Rey Izquierdo Hernández rizquierdo@biometriaaplicada.com		
Diseño Integración de Sistemas Computacionales, S.R.L. de C.V.	Rodrigo González Balsa rodrigog@disc.com.mx		
Representaciones y Control Administrativo, S.A. de C.V.	Gerardo Campoy Ruy Sánchez jgcampoy@rcamx.com		
Latin ID, S.A. de C.V.	Alejandra Pérez Santana aperez@latinid.com.mx		
Técnica Comercial Vilsa, S.A. de C.V.	Noé Blancas García ventasg@vilsa.com.mx		

----- FIN DEL ACTA -----

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA
DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Anexo 1
Modificaciones de la convocante



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLAS DECADACTILAR PARA MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”

Modificaciones de la convocante

Modificación No. 1

Referencia:

Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la funcionalidad de los escáner de huella decadactilar, del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, en la página 42 de 66.

DICE:

Componente	Especificaciones mínimas	Forma de verificación del cumplimiento
Funcionalidades	Toma 1. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano derecha: índice, medio, anular y meñique.	<ul style="list-style-type: none"> El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 1”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> En forma vertical. De manera rodada. En posición plana.
	Toma 2. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano izquierda: índice, medio, anular y meñique.	<ul style="list-style-type: none"> El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 2”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> En forma vertical. De manera rodada. En posición plana.
	Toma 3. de forma simultánea las dos huellas pulgares: pulgar izquierdo y pulgar derecho.	<ul style="list-style-type: none"> El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 3”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> En forma vertical. De manera rodada. En posición plana.

DEBE DECIR:

Componente	Especificaciones mínimas	Forma de verificación del cumplimiento
Funcionalidades	Toma 1. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano derecha: índice, medio, anular y meñique.	<ul style="list-style-type: none"> El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 1”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> En posición plana.
	Toma 2. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano izquierda: índice, medio, anular y meñique.	<ul style="list-style-type: none"> El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 2”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> En posición plana.

Handwritten signatures and marks are present below the 'DEBE DECIR' table, including a large checkmark on the left and several illegible signatures across the bottom.





RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-058/2015 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 1,870 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA (MAC)"

	Toma 3. de forma simultánea las dos huellas pulgares: pulgar izquierdo y pulgar derecho.	<ul style="list-style-type: none">• El Licitante realizará la captura indicada en la "Toma 3", colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera.<ul style="list-style-type: none">• En posición plana.
--	--	---

[Handwritten signatures and marks scattered across the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a long diagonal stroke at the bottom right.]

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Anexo 2 Preguntas y Respuestas



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1			<p>En la instalación básica de LINUX FEDORA, no se incluyen las librerías libusb 0.1.5-10 y libusbx 1.0.21-4.</p> <p>¿El proveedor debe proporcionar esas librerías, con todas sus dependencias para instalar en el equipo de prueba?</p>	<p>En la instalación básica de Linux Fedora 27 de 64 bits, se incluyen las librerías libusb 0.1.5-10 y libusbx 1.0.21-4, cuyas versiones forman parte de Linux Fedora 27 de 64 bits.</p>	DERFE
2			<p>En la instalación básica de LINUX FEDORA, el JDK 1.8 no se instala completo.</p> <p>¿El proveedor debe proporcionar las actualizaciones y complementos de JDK 1.8 para su</p>	<p>En la instalación básica de Linux Fedora 27 de 64 bits, se instala java-1.8.0-openjdk, versión que utilizan los aplicativos del Instituto para los Módulos de Atención Ciudadana, por lo que el equipo de pruebas contará con dicha versión. Si el Licitante</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

			instalación en el equipo de prueba?	requiere complementos adicionales, deberá considerarlos y entregarlos junto con el dispositivo que oferte el día de la entrega de sus propuestas.	
3			Si fuera necesario instalar componentes propios de FEDORA 27 en el equipo de prueba, ¿Se permitirá al proveedor usar conexión a internet para realizar la instalación ?	Para el caso de que el Licitante requiera de acceso a Internet, deberá justificar dicho requerimiento y solo se permitirá descargar librerías de Fedora 27 de 64 bits que apoyen en la instalación del software, más no aplicativos que apoyen al cumplimiento de alguna funcionalidad solicitada por el Instituto. En el caso de que el Licitante requiera descargar algún software adicional, conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, deberá proporcionar una memoria USB para grabar el software que requiera para las pruebas de funcionalidad de los bienes muestra. Esta	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

				<p>USB la resguardará el Instituto como evidencia del software descargado.</p> <p>Adicionalmente, será necesario que el Licitante cuente con algún mecanismo propio de conexión a Internet, en dado caso de que la red del Instituto no lo permita.</p>	
--	--	--	--	---	--

Licitante: REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	15	1.8	Se pide en la convocatoria cotizar en moneda nacional, pesos mexicanos y también que se mantenga el precio durante todo el	No se acepta su propuesta, toda vez que derivado de la Investigación de Mercado que realizó el Instituto, las	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>periodo del contrato (1 año). Estamos en año electoral, y estás elecciones aparentan ser muy complicadas y es probable que existan movimientos en las variables macroeconómicas, especialmente el tipo de cambio. Proponemos que, como se ha hecho en otras ocasiones, que tanto la cotización, así como el contrato mismo se coticen en dólares americanos. De otra forma, se tendría que sumar a la cotización una fianza de tipo de cambio, encareciendo probablemente todas las cotizaciones.</p>	<p>empresas que participaron cotizaron en Moneda Nacional, siendo esta situación la que impera en el mercado.</p> <p>Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 1.8 Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo, de la convocatoria, Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
2	13 y 15	1.4.1 y 1.9	Plazo de entrega y Condiciones de pago. En la convocatoria dice que el pago se hará en una exhibición, y la entrega con un plazo de 60 días naturales. La convocante podría considerar que si se realizan entregas parciales dentro del plazo mismo de entrega (60 días naturales) podrían estas representar pagos parciales en la misma proporción de la entrega parcial?	Se podrán realizar pagos parciales conforme a las entregas que realice el proveedor, siempre y cuando dichas entregas se realicen dentro del plazo establecido, previa validación por parte del Administrador del contrato.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: PROYECTO DIA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13	1.4.1	Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega de los escáners a 90 días, ya que por cantidad de piezas requeridas, los fabricantes solicitan ampliar el plazo de entrega. Se acepta nuestra petición?	No es procedente su petición. Conforme al resultado de la Investigación de Mercado, se constató que las empresas que participaron en la misma pueden realizar la entrega de los bienes en los 60 días naturales definidos en la convocatoria.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13	Plazo para la entrega de bienes	Entendemos que el primer pedido corresponde a la cantidad mínima solicitada en la convocatoria (800 unidades). ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.	DERFE
2	34	Funcionalidades	En el punto 1 Especificaciones, segunda viñeta, se hace mención que el equipo deberá operar sobre sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) y en otras secciones de las bases de licitación, por ejemplo, página 36-Garantía-viñeta 6, se hace mención al sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bit . ¿Los licitantes debemos considerar el sistema operativo a 64 bit o 32 bit?	El Licitante deberá considerar que el sistema operativo sea de 64 bits.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas



Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
3	35	Alimentación	Entendemos que para garantizar que el equipo ofertado cumpla con la certificación NOM-019-SCFI-1998 debemos integrar a nuestra propuesta técnica copia simple de este certificado, el cual entendemos deberá estar debidamente emitido a nombre del licitante participante de esta licitación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	<p>No es correcta su apreciación.</p> <p>En el caso de que el dispositivo ofertado requiera de alimentación eléctrica mayor a 24 volts, el licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con la NOM-019-SCFI-1998, la cual deberá estar referida al dispositivo, y no necesariamente al licitante.</p> <p>Lo anterior conforme a lo establecido en el numeral 2.1.1 del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i>, de la convocatoria.</p>	DERFE

8

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	<p>Para revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado en los surgen las siguientes preguntas:</p> <p>- ¿El cliente proveerá instalaciones acondicionadas al Proveedor para realizar esta actividad?,</p> <p>- ¿Qué tiempo se dispone para esa reparación?</p> <p>- ¿Se requiere reemplazar el equipo dañado por otro nuevo, mientras se repara el que ha presentado fallas, para no afectar la operación del Instituto?</p>	<p>El Proveedor con su propios medios deberá atender la garantía de los bienes, como se define en el numeral 2.1.1, inciso a) <i>Garantía por 3 (tres) años del Anexo 1 Especificaciones Técnicas</i>, de la convocatoria, que establece: “El Proveedor” para la aplicación de la garantía por el periodo de 3 (tres) años de los bienes, deberá considerar los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá asumir los gastos asociados que se generen por el manejo, retiro, 	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				reintegro y traslados de los bienes. • La reparación, reinstalación y/o reemplazo de hardware (piezas dañadas o la totalidad del bien), no tendrá costo adicional para “El Instituto”, considerando además: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sustitución de piezas dañadas por desgaste de uso. ○ Mano de obra. 	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<ul style="list-style-type: none"> El Esquema de atención para el levantamiento de reportes de fallas para la aplicación de la garantía, considerando al menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha y hora que se levantó el reporte. La revisión, reparación y/o sustitución del bien 	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				dañado se realizará en sitio, en las capitales de las 32 entidades federativas, en el domicilio que Administrador del contrato le defina a “El Proveedor” para cada entidad, dichos domicilios serán proporcionados por escrito dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de la entrega de los bienes.	
5	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	Cómo tiene contemplado el Instituto realizar las solicitudes de atención: ¿Correo, llamadas telefónicas o ambas?	El Instituto cuenta con un Centro de Atención a Usuarios, a través del cual el usuario realiza el levantamiento de los reportes, los cuales se le harán	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>llegar al proveedor, utilizando el mecanismo que el Licitante presente en su propuesta técnica, conforme al numeral 3. <i>Requerimientos adicionales</i>, apartado 3.1, del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i>, de la convocatoria que establece: “El Licitante” deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica los aspectos relacionado con la atención y seguimiento al cumplimiento de la garantía, describiendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Esquema de atención para el levantamiento de 	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>reportes de fallas para la aplicación de la garantía, considerando al menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha y hora que se levantó el reporte. • La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se realizará en sitio, en las capitales de las 	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				32 entidades federativas, en el domicilio que “El Instituto” le defina a “El Proveedor” para cada entidad.	
6	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	Entendemos que para un mejor control y atención el licitante deberá proveer un Sistema de Tickets para reportar las fallas de los equipos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Ya atendida con la respuesta a su pregunta inmediata anterior.	DERFE
7	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	¿El Proveedor debe contemplar algún tipo de entrenamiento al personal del Instituto en el uso del dispositivo propuesto? En caso afirmativo. ¿Esta capacitación será centralizada en la Ciudad de México?	No es correcto, el personal del Instituto no requiere capacitación para el personal que utilizará el dispositivo.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
8	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	¿Como prevé el Instituto manejar los casos donde los bienes reportados no entren dentro de la garantía de fábrica por presentar daños físicos en el dispositivo?	El Proveedor no será responsable de fallas generadas por uso indebido de los bienes. El procedimiento para la reparación y/o sustitución del bien, en su caso, será definido con el Proveedor.	DERFE
9	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	¿Es posible que el Instituto evalúe el incremento de los 5 (cinco) días hábiles para la reparación y/o sustitución del bien reportado?	No es factible atender su solicitud. El tiempo de reparación, en caso de falla de los bienes, establecido en el numeral 2.1.1 inciso a) Garantía por 3 (tres) años, del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , de la convocatoria, es el mínimo	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				requerido para mantener la continuidad de la operación de los Módulos de Atención Ciudadana donde operarán los bienes.	
10	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	¿Todos los gastos relacionados con nuestro personal técnico para la reparación, reinstalación y/o reemplazo del equipamiento reportado con falla en las 32 capitales será a costo exclusivo de los licitantes?	Conforme al numeral 2.1.1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , inciso a) <i>Garantía por 3 (tres) años</i> , primer párrafo, del Anexo 1 de la convocatoria, se establece que el Proveedor deberá asumir los gastos asociados que se generen por el manejo, retiro, reintegro y traslados de los bienes. Asimismo, en el párrafo segundo se establece:	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<ul style="list-style-type: none"> • La reparación, reinstalación y/o reemplazo de hardware (piezas dañadas o la totalidad del bien), no tendrá costo adicional para “El Instituto”, considerando además: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sustitución de piezas dañadas por desgaste de uso. ○ Mano de obra. 	
11	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	¿Es posible que el servicio para la recepción de reportes de fallas para la aplicación de la garantía se extienda después de las 16 horas?	<p>No es factible atender su petición.</p> <p>El horario definido para el reporte y atención de fallas, se estableció con base al horario</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				en que los Módulos de Atención Ciudadana operan.	
12	36	2. a) Garantía por 3 (tres) años.	Entendemos que en caso de que el equipo no pueda ser reparado por la falla que presente, este deberá ser reemplazado sin costo para el INE, por lo que los licitantes deberán considerar en su propuesta económica un stock de equipos para poder brindar este nivel de servicios ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. El Proveedor deberá considerar lo necesario para dar cumplimiento a lo especificado en el numeral 2.1.1, inciso a) <i>Garantía por 3 (tres) años</i> , sexta viñeta, del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , de la convocatoria, que establece lo siguiente: • Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				el cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha y hora que se levantó el reporte.	
13	39	4,6	¿Cuál es el alcance del Proveedor en la Integración del dispositivo con los Módulos de Atención Ciudadana (MAC)?	El alcance del Proveedor en la integración del dispositivo en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), es proporcionar las librerías y software que se solicita en el del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , de la convocatoria, para que el dispositivo opere en el Sistema Operativo Linux Fedora 27 de 64 bits, asimismo, la asistencia presencial o telefónica de un técnico en los casos de	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				requerir información sobre el uso del software y sus librerías, con la finalidad de entender el flujo e integrarlo a la operación de los MAC.	
14	40	Evaluación	Solicitamos a la convocante aclare el tipo de sistema operativo Linux Fedora 27 (Kernel 4.x) que se utilizará para la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar. ¿Este será Fedora para Estación de Trabajo (Workstation), Fedora Servidor o Fedora Atomic?	El Sistema Operativo que se utilizará para la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar será Linux Fedora 27 de 64 bits WorkStation.	DERFE
15	40	Evaluación	¿Podría la convocante brindar a los licitantes la marca y modelo del equipamiento portátil que será suministrado por esta, para la	Equipo de cómputo portátil marca Lenovo, modelo ThinkPad L570.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar?		
16	40	Evaluación	Entendemos que el equipo que se deberá dejar para la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar ya debe contar con la NOM-019-SCFI-1998. ¿Es correcto nuestro entendimiento?	Es correcto su entendimiento. Como se establece en el numeral 2.1.1 del Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , componente <i>Alimentación</i> , de la convocatoria. Siempre y cuando el equipo ofertado requiera de alimentación eléctrica mayor a 24 volts, el licitante deberá acreditar que los bienes	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				ofertados cumplen con la NOM-019-SCFI-1998.	
17	40	Evaluación	Solicitamos a la convocante brinde a los licitantes una copia de la imagen del sistema operativo y versión que será utilizado para la evaluación del	Se acepta su solicitud. En el presente acto de junta de Aclaraciones, se les	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar. Esto para que los licitantes puedan tener la certeza que su dispositivo será compatibles al 100% durante la evaluación ¿Es aceptada esta solicitud?</p>	<p>proporcionará a las empresas participantes, una copia del disco compacto de instalación del Sistema Operativo Linux Fedora 27 de 64 bits WorkStation, que será utilizado en los equipos donde se realizarán las pruebas de funcionalidad de los bienes muestra que oferte el Licitante.</p> <p>Los licitantes que no hayan asistido a la junta de aclaraciones podrán obtener esta información en el Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores de lunes a viernes en un horario de 9:00</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				a 18:00 horas, en Periférico Sur No. 4124, sexto piso , Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.	
18	40	Evaluación	¿Es posible que la convocante pueda proporcionar, en préstamo, a partir de hoy y hasta la entrega de la oferta, un equipo portátil igual al que será utilizado durante la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar? Lo anterior para asegurar la equidad durante la evaluación técnica.	No es posible atender su solicitud. El Licitante deberá considerar los elementos necesarios para la realización de la evaluación de la pruebas de funcionalidad de los bienes que oferte. Dicho equipo es de la marca Lenovo, modelo ThinkPad L570.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
19	40	Evaluación	Entendemos que en caso de que, durante la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar, el sistema operativo Linux Fedora 27 (Kernel 4.x) del equipo portátil proporcionado por el Instituto presente fallas, entendemos que podremos tener acceso a una red de Internet para actualización de librerías y hasta una posible reinstalación partiendo de cero del sistema operativo y así poder corregir las fallas presentadas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación Para atender este tipo de incidencias que pudieran presentarse, se contará con un segundo equipo de cómputo de respaldo, el cual se utilizará en caso de contingencia. Dicho equipo tendrá las mismas características técnicas de hardware y software, o en su caso, personal del Instituto reestablecerá el equipo de cómputo a su estado original (Linux Fedora 27 de 64 bits Workstation) y se iniciará el proceso de pruebas con el software y librerías entregadas por el Licitante el día de la,	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SMARTMATIC MEXICO S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				entrega de propuestas técnicas.	
20	42	Forma de verificación	¿Los licitantes deberán considerar la captura de huellas de manera roladas para la evaluación del cumplimiento de la funcionalidad del escáner de huella decadactilar, aun cuando este tipo de captura no sea solicitado como un requerimiento en las especificaciones técnicas de la página 33?	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13 de 66	1.3	Menciona que la vigencia de contrato inicia con el fallo, y que se cuenta 15 días posteriores para que se formalice el contrato, pero que a partir del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones al instituto y al proveedor ¿quiere decir que a partir del fallo el PROVEEDOR podrá colocar su pedido al fabricante, sin temor a una cancelación del contrato?	Es correcta su apreciación	DEA
2	29 de 66	10	En Caso de que se suscitara algunos de los supuestos establecidos en el punto 10 como motivo de terminación anticipada del contrato: I. Por caso fortuito o fuerza mayor;	El artículo 149 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios aplicables al Instituto establece:	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>II. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados;</p> <p>a. Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control, y</p> <p>b. Cuando el administrador del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.</p> <p>En éstos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito</p>	<p>En los casos de terminación anticipada de los Contratos y de suspensión de la prestación de servicios en el supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo 65 del Reglamento de Adquisiciones, para el pago de los gastos no recuperables se requerirá la solicitud previa del Proveedor y dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, limitándose, según corresponda, a los siguientes conceptos:</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.</p> <p>¿Esto incluye ANTICIPOS ENTREGADOS AL FABRICANTES para ordenar los equipos? O en su caso si ya se contara con todos los equipos para su entrega ¿el pago de estos?</p>	<p>I. En el caso de terminación anticipada del Contrato:</p> <p>a. Los gastos no amortizados por concepto de:</p> <p>1. Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el Proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades de la prestación del servicio o la entrega de los bienes, y</p> <p>2. La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio o entrega de los bienes.</p> <p>b. El importe de los materiales y equipos de</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>instalación permanente adquiridos por el Proveedor para el cumplimiento del Contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y</p> <p>c. Los gastos en que incurra el Proveedor por concepto de liquidación del personal técnico y administrativo directamente adscrito a la prestación del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando hayan sido contratados para el cumplimiento del Contrato y la liquidación se lleve a cabo ante autoridad competente, y</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>II. En el caso de suspensión de la prestación del servicio:</p> <p>a. El treinta por ciento de las rentas del equipo inactivo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del equipo al inmueble en el que se presta el servicio, y</p> <p>b. Hasta el veinte por ciento de la renta de las oficinas que hubiere arrendado el Proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades del servicio.</p> <p>c. Los Proveedores podrán solicitar al Instituto el pago de gastos no recuperables</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del Contrato o de la suspensión de la prestación del servicio, según corresponda.</p> <p>d. Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del Proveedor.</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
3	14 de 66	1.4.3	Para la revisión técnica en la entrega de los equipos, será solo revisión de contenido abriendo todas las cajas entregadas? O ¿será aleatorios? O ¿en qué consistirá esta actividad?	<p>La revisión técnica que realiza el Administrador del contrato, es de manera aleatoria, considerando lo especificado en el numeral 4.5.2 del Anexo 1-A de la convocatoria, que establece:</p> <p>El equipo muestra, propiedad del Proveedor, le será devuelto a los cinco días después de la entrega total de los bienes. Lo anterior, con el objeto de cotejar que el bien muestra sea idéntico en marca, modelo y características a los bienes finalmente entregados por “El Proveedor”.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	15 de 66	1.8	Siendo que el procedimiento es INTERNACIONAL, que es un contrato abierto, que los productos son importados y que la vigencia es hasta el 31 de Diciembre de 2108, ¿acepta la convocante que las propuestas se puedan realizar en DOLARES AMERICANOS, pagaderos al tipo de cambio Oficial?	Atendida con la respuesta a la pregunta 1 del Licitante REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	DERFE
5	17 de 66	2.	En el primer párrafo establecen: “Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la	La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica, lo cual podrá	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga” ¿las propuestas técnica y economía deberán a su vez estar en sobres individuales dentro del sobre único? O ¿podrán estar en carpetas individuales?	ser en el mismo o diferentes sobres cerrados.	
6	17 de 66	2.	En el último párrafo del punto 2 establecen: deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. ¿Se refiere a que cada propuesta se foliaría del 001 al folio que llegue?	Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 66 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios aplicables al Instituto se establece que: Cada uno de los documentos que integren la proposición y	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica , así como el resto de los documentos que entregue el licitante.	
7	19 de 66	4.1 b)	¿Se deberá de acompañar la consulta del SAT de cumplimiento de obligaciones a este manifiesto para respaldar lo dicho en el mismo? O ¿solo en caso de resultar adjudicado se entrega para firma de contrato?	A elección del licitante podrá adjuntarlo a su propuesta, el Proveedor deberá presentarla al día siguiente a la notificación del fallo.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
8	19-20 de 66	4.1 g)	Cuando no aplique algún requisito como por ejemplo si uno NO PARTICIPA en forma conjunta con algún otro licitante o empresa ¿se deberá de presentar escrito señalando que NO APLICA? O ¿simplemente no se presenta dicho requisito?	A elección del licitante podrá presentar documento que se señale no aplica u omitir su presentación.	DEA
9	20 de 66	4.2	En el penúltimo párrafo de este punto: En caso de que los catálogos, manuales y/o folletos de los equipos ofertados no especifiquen alguna característica técnica, el LICITANTE deberá entregar escrito emitido por el fabricante en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o	Se aceptará copia del escrito emitido y firmado por el fabricante de los bienes, donde se especifique lo solicitado en penúltimo párrafo del numeral 3.3 del Anexo 1 Especificaciones técnicas de la convocatoria, el cual establece lo siguiente:	DERFE

8

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.


Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			folletos solicitados en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” ¿este escrito deberá de presentarse en original firmado en autógrafo por el fabricante? O ¿se podrá presentar copia enviada por correo electrónico en el entendido de que si resultara ganador, se deberá de presentar el original?	En caso de que los catálogos y/o folletos de los equipos ofertados no especifiquen alguna característica técnica, “El Licitante” deberá entregar escrito emitido por el fabricante en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el Anexo 1, describiendo la misma en dicho escrito. <u>No se aceptará escrito que indique que cumple con todas las</u>	










4



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>características técnicas solicitadas.</p> <p>El Licitante en caso de resultar ganador, deberá entregar el escrito original firmado por el fabricante de los bienes.</p>	
10	20 de 66	5	En caso de haber aceptado que se coticen en DLLS, ¿que tipo de cambio será el que se utilice para la evaluación de propuestas presentadas en PESOS MEXICANOS?	Atendida con la respuesta a la pregunta 1 del Licitante REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
11	20 de 66	5	¿ Qué tipo de cambio se utilizaría para el pago?	Atendida con la respuesta a la pregunta 1 del Licitante REPRESENTACIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	DERFE
12	26 de 66	7.1	La documentación solicitada para la firma del contrato en caso de resultar ganador, ¿se puede enviar por correo electrónico?	Conforme a lo establecido en el numeral 7.1 de la convocatoria, al día hábil siguiente de la emisión del fallo, el PROVEEDOR deberá presentar la documentación descrita en el mismo, de manera presencial.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
13	26 de 66	7.1	En caso de que haya sido negativa su respuesta anterior ¿se debe de entregar copia simple? O ¿ se debe llevar original o copia certificada con copia simple para cotejo?	Deberá presentar original y copia para su cotejo.	DEA
14	15 de 66	1.10	Considerando que el monto del contrato puede ser representativo para los licitantes, siendo un contrato abierto y por la cantidad de equipos que solicitan, ¿acepta la convocante considerar el pago de un anticipo del 30% para el contrato inicial del mínimo de 800 piezas, con su respectiva fianza para garantizar el buen uso del anticipo para la compra de los equipos?	No se acepta su propuesta ya que para la presente contratación no aplicarán anticipos.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
15	50 de 66	Anexo 6 económico	<p>En el campo destinado para la descripción en la propuesta económica ¿se podrá señalar?</p> <p>SCANNER DE HUELLADACTILAR MOD.XXXXXX MARCA XXXXXX</p> <p>SE INCLUYE TODO LO DESCRITO EN LA PROPUESTA TECNICA</p> <p>O se deberá de repetir toda la descripción técnica detallada en el anexo técnico?</p>	<p>Para el llenado del formato de la oferta económica, del Anexo 6 de la convocatoria, el Licitante podrá integrar en la descripción del bien, la marca y el modelo del equipo ofertado , no es necesario efectuar la descripción técnica detallada.</p>	DERFE
16	50 de 66	Anexo 6 Económico	<p>En dicho anexo solo se plasmara el precio unitario del scanner dactilar, Es decir, no se indicara cantidad mínima o máxima, solo es precio unitario ¿es correcto?</p>	<p>Es correcto.</p> <p>El licitante deberá integrar el precio unitario del equipo ofertado, antes de IVA, IVA y Total.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA".

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
17	36 de 66	Garantía x 3 años	"Señalan: Entregará el documento que ampare la garantía por el periodo de 3 (tres) años de los bienes a partir de la entrega de la cantidad mínima, así como el procedimiento detallado para la atención de la garantía, deberán ser entregados por "El Proveedor" a más tardar 60 (sesenta) días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo" ¿el documento que ampara la garantía es directa del fabricante? o ¿puede ser del licitante ganador?	El documento que ampare la garantía por el periodo de 3 (tres) años de los bienes a partir de la entrega, la deberá entregar el proveedor, conforme a lo establecido en el numeral 2.1.1 Especificaciones técnicas inciso a), último párrafo, siendo opcional que dicho documento lo emita el fabricante de los bienes o el Proveedor.	DERFE
18	42 de 66	Autenticación 1:1 (la cual debe considerar la comparación)	Refiere la especificación mínima que la autenticación 1:1 debe realizar autenticación de minucias ANSI, pero en la forma de verificación del cumplimiento de esta prueba señalan dos métodos, por imágenes WSQ Y adicional con minucias ANSI, que es lo habitual y lo mínimo	No, la autenticación 1:1 deberá ser por minucias ANSI y por WSQ, derivado de los procesos de autenticación ciudadana que realiza el Instituto, siendo el WSQ la base de resguardo y la minucia ANSI la información	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		de minucias ANSI).	requerido ¿Se dará por cumplida la prueba si se realiza solamente la autenticación por MINUCIAS ANSI de acuerdo con lo señalado como requerimiento mínimo?	contenida en la Credencial para Votar con Fotografía.	
19	42 de 66	Toma 1 Y 2 de forma simultánea las cuatro huellas de la mano derecha e izquierda: índice, medio, anular y meñique.	<p>En el contexto de las pruebas se indica:</p> <p>“El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 1”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En forma vertical. • De manera rodada. • En posición plana. <p>Consideramos que hay un error, ya que no se pueden capturar simultáneamente las 4 huellas rodadas de los dedos que solicitan, ya que humanamente es muy difícil girar los 4 dedos</p>	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			para lograr la captura correcta de un rolado de 4 simultáneos solicitada, normalmente las huellas roladas se capturan individualmente para obtener el resultado deseado. ¿Se elimina el requerimiento de ENROLAR ROLADO LOS 4 DEDOS SIMULTANEOS tanto para la TOMAS 1 Y 2?		
20	42 de 66	Toma 3.- Forma simultanea de dos huellas pulgares.	Aunque menos complicado, Al igual que el caso anterior, la captura de los pulgares de manera simultánea solamente se realiza de manera vertical y plana, ¿es correcto?	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
21	37 de 66	3.2	Señala: “El Licitante” como parte de su oferta técnica deberá presentar un escrito firmado por su representante legal en el cual se comprometa que en caso de resultar adjudicado, dentro los 20 días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo entregará al administrador del contrato una carta del fabricante y/o distribuidor mayorista de los equipos en la que garantice al proveedor la disponibilidad en el mercado de partes, consumibles, así como servicios a los bienes objeto de la presente adquisición durante un periodo de al menos tres años, posteriores a la entrega de los bienes., SI EL LICITANTE ES EL MAYORITA EN MEXICO, la carta solicitada a entregarse en los 20 dias posterior al fallo referente a garantía de	Es correcto. En caso de que el Licitante sea el fabricante y/o distribuidor mayorista de los bienes ofertados, éste podrá firmar el escrito solicitado en el numeral 3.2 del Anexo 1 <i>Especificaciones técnicas</i> de la convocatoria.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			refacciones y servicios podrá estar firmada por el mismo en su hoja membretada. ¿Es correcto?		
22	39 de 66	4.6	Dado el costo de los equipos y que son nuevos los equipos que se proporcionarían para la integración, ¿Acepta la convocante que los 2 equipos solicitados en este punto para las pruebas de integración sean tomados a cuenta del pedido contratado?	El proveedor deberá considerar lo establecido en el numeral 4.6 del Anexo 1 <i>Especificaciones técnicas</i> de la convocatoria. Los bienes que proporcione para las pruebas de integración, podrán ser considerados para atender el soporte de garantía en caso de falla de algún dispositivo que se encuentre en operación.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
23	40 de 66	Apéndice 1	Las pruebas para evaluar el cumplimiento de funcionalidad de los scanner de huella dactilar ¿las realizaran todos los licitantes o solo los que ostenten los dos mejores precios en la licitación?	La evaluación de los bienes muestra se realizará para la totalidad de los Licitantes participantes, las cuales se realizarán conforme a lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE
24	40 de 66	Apéndice 1	A las pruebas de evaluación de cumplimiento, ¿podemos entrar a ver las de los otros licitantes como observadores? O ¿solo personal del INE Y el licitante evaluado?	Las pruebas de funcionalidad, a los bienes muestra propuestos por los Licitantes, se realizarán con personal de cada licitante, con la supervisión del personal que designe “El Instituto”, sin la asistencia de observadores o de personal de otros Licitantes.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13	1.4 inciso 1.4.1	¿Respecto a los requerimientos adicionales a la cantidad mínima, podría La Convocante precisar si tiene alguna obligación para contratarlos? ¿En caso que no, podría la Convocante aclarar de que factor dependerá estos requerimientos adicionales?	El Instituto está obligado para adquirir la cantidad mínima establecida en el contrato. Los requerimientos adicionales dependerán de los precios ofertados y necesidades del Instituto.	DEA/DERFE
2	13 20	1.3 4.2 inciso a)	En este punto la convocante menciona que “La vigencia del contrato inicia a partir del día de notificación del fallo al 31 de diciembre de 2018” así mismo en la página 20 inciso 4.2. a) se menciona que “ El LICITANTE deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica, el periodo de	La vigencia del Contrato será conforme al numeral 1.3 Vigencia del Contrato de la convocatoria, que establece: La vigencia del contrato inicia a partir del día de notificación del fallo al 31 de diciembre de 2018.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>garantía de los bienes solicitados, la cual deberá ser de 3 (tres) años a partir de la entrega de los bienes”</p> <p>Se solicita a la convocante indicar si la vigencia del contrato es desde la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2018 o la vigencia del contrato comprende los 3 años de garantía.</p>		
3	14	1.6	<p>Entendemos que la norma a la cual se refiere la Convocante es este apartado corresponde a la NOM-019-SCFI-1998. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>	<p>Es correcto su entendimiento.</p> <p>Como se establece el numeral 2.1.1. del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” Componente: Alimentación de la convocatoria.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	17	2	Entendemos que el representante legal del licitante <u>NO</u> tendrá que rubricar las hojas que conforman la documentación distinta a la oferta técnica y oferta económica. ¿Es correcto nuestro entendimiento?	Es correcta su apreciación.	DEA
5	17	2	La convocante menciona que “De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así	Pregunta atendida con la respuesta 6 del licitante SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A DE C.V.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.</p> <p>Se solicita a la convocante especificar si las propuestas técnica y económica así como el resto de los documentos deberán ser foliadas de manera independiente o todo el contenido debe de estar foliado consecutivamente.</p>		
6	24	6.2.1	Se propone al Instituto que, dado que determina el plazo de una semana natural desde el acto de Junta de Aclaraciones hasta el acto de entrega de las propuestas, y que hay tres días no laborables dentro del mismo periodo, pueda tener a	<p>No se acepta su solicitud.</p> <p>Conforme al artículo 38 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios primer</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			bien ampliar la entrega de las mismas entre tres y cinco días respecto de la fecha inicial. Es aceptable nuestra propuesta?	<p><i>párrafo, el cual establece siguiente: El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraINE.</i></p> <p>Por lo anterior, y dado que la publicación de la convocatoria se realizó el 17 de abril de 2018, se está cumpliendo con el tiempo establecido para realizar el acto de Presentación y apertura de proposiciones.</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadaactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	25	6.3 inciso a)	<p>La convocante menciona que “a) De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 11 de mayo de 2018, se notificará el fallo por escrito a cada uno de los licitantes, levantándose el acta respectiva y se difundirá el mismo día en que se emita.”</p> <p>Se solicita a la convocante confirmar, en caso de adjudicación, si esta notificación de fallo es suficiente para hacer considerar de manera oficial el inicio del contrato o se emitirá una notificación directamente al adjudicado.</p>	<p>En sustitución de la junta en la que se dé a conocer el fallo, el Instituto podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.</p> <p>A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraINE.</p> <p>Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de</p>	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.	
8	26	7.1 inciso apartado B	En caso de adjudicación, la convocante solicita “Documentación legal requerida para formalización del contrato”. Se solicita a la convocante especificar si la documentación debe de ser entregada en originales y/o copia simple.	Pregunta atendida con la respuesta 13 del licitante SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A DE C.V.	DEA
9	27	7.1 C:	Entendemos que la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales tendrá que ser entregado por parte del Licitante Adjudicado 1	Sí, es correcto.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			día hábil después del fallo. ¿Es correcto nuestro entendimiento?		
10	28	7.1 D,	Entendemos que la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social en el sentido positivo tendrá que ser entregado por parte del Licitante Adjudicado 1 día hábil después del fallo. ¿Es correcto nuestro entendimiento?	Es correcta su apreciación.	DEA
11	30	12.	Entendemos que las cantidades adicionales que se podrán contratarse por medio de incremento del monto del contrato o de la cantidad de los servicios solicitados (hasta un 20%) son adicionales a las	Es correcto su entendimiento. La cantidad máxima de bienes establecida en el contrato, podría incrementarse hasta un 20%, conforme al numeral 12.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			cantidades que se podrían requerir durante la vigencia del contrato. ¿Es correcto nuestro entendimiento?	Modificaciones al Contrato y cantidades adicionales que podrán contratarse, primer párrafo, de la convocatoria. Así como a los Artículos 56 y 61 del Reglamento de Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios.	
12	36	2 Tipo de requerimiento a) Garantía por 3 (tres) años	En el penúltimo bullet no numerado la convocante menciona que “La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se realizará en sitio, en las capitales de las 32 entidades federativas, en el domicilio que	Se acepta su recomendación. El personal del Instituto será el encargado de realizar la instalación de los bienes.	DERFE

8

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>Administrador del contrato le defina a “El Proveedor” para cada entidad,</p> <p>Dado que los dispositivos requeridos son de conectividad USB y su reemplazo no requiere capacidades técnicas especializadas, por favor confirmar que el reemplazo de dispositivos puede ser realizado por personal de “El Instituto” que se encuentre en el sitio, siempre y cuando “El proveedor” cubra los gastos de transporte para recuperar el equipo dañado y enviar el equipo nuevo de remplazo. ¿Es aceptable</p>		

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			nuestra recomendación para la convocante?		
13	37	3.2	Considerando las cantidades solicitadas, la duración del contrato y la importancia de estos equipos para la correcta captura de las huellas de los votantes, solicitamos que se modifique el requerimiento de la siguiente manera: “El Licitante” como parte de su oferta técnica deberá presentar un escrito firmado por el fabricante y/o distribuidor mayorista de los equipos en la que garantice al proveedor la disponibilidad en el mercado, de	Conforme a lo establecido en el numeral 17 de la convocatoria y el párrafo séptimo del artículo 31 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			partes, consumibles, así como servicios a los bienes objeto de la presente adquisición durante un periodo de al menos tres años, posteriores a la entrega de los bienes” ¿Es aceptable nuestra solicitud?	LICITANTE, podrán ser negociadas. Por lo que no se acepta su propuesta.	
14	41	Apéndice 1. Evaluación de los bienes muestra. Pruebas de funcionalidad.	En el apartado de Funcionalidades, y específicamente sobre la segmentación y secuencia de las imágenes WSQ, menciona: “• El Licitante deberá realizar la segmentación sobre tres imágenes RAW, producto de tres eventos de captura en tiempo real, de las 10 huellas (4-4-2) en el escáner de	Es correcta su apreciación. El resultado de la captura 4-4-2 deberá ser 10 imágenes WSQ. La segmentación será sobre las imágenes capturadas (4-4-2), independientemente del tipo de imagen que genere el dispositivo ofertado, sin embargo, como se mencionó	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Segmentación y de Secuencia imágenes.	huellas decadactilar de una persona del Instituto”. Se considera que el paso de realizar la segmentación sobre tres imágenes RAW se hace en segundo plano, validando como salida únicamente las 10 imágenes WSQ individuales de cada dedo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	la segmentación deberá proporcionar las 10 imágenes WSQ individuales, las cuales serán objeto de validación de la funcionalidad.	
15	42	Apéndice 1. Evaluación de los bienes muestra. Pruebas de funcionalidad Toma 1	En el punto de la tabla establecido para la Toma 1 de las pruebas de funcionalidad menciona: “Toma 1. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano derecha: índice, medio, anular y meñique”, “El Licitante realizará la captura indicada en la	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>“Toma 1”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En forma vertical. • De manera rolada. • En posición plana.” <p>Dado que la convocante está solicitando dispositivos con funcionalidades de captura de huellas planas particularmente y que el proceso de captura solicitado está acotado a tomas simultáneas (4-4-2), en la cual no sería posible hacer una</p>		

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			toma de huellas roladas, entendemos que la toma de manera rolada no aplica para la prueba. ¿Es correcta nuestra apreciación?		
16	42	Apéndice 1. Evaluación de los bienes muestra. Pruebas de funcionalidad Toma 2	En el punto de la tabla establecido para la Toma 2 de las pruebas de funcionalidad menciona: “Toma 2. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano izquierda: índice, medio, anular y meñique”, “El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 2”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. • En forma vertical.	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante. AL	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<ul style="list-style-type: none"> • De manera rolada. • En posición plana.” <p>Dado que la convocante está solicitando dispositivos con funcionalidades de captura de huellas planas particularmente y que el proceso de captura solicitado está acotado a tomas simultáneas (4-4-2), en la cual no sería posible hacer una toma de huellas roladas, entendemos que la toma de manera rolada no aplica para la prueba. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>		

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
17	42	Apéndice 1. Evaluación de los bienes muestra. Pruebas de funcionalidad Toma 3	1. En el punto de la tabla establecido para la Toma 3 de las pruebas de funcionalidad menciona: “Toma 3. de forma simultánea las cuatro huellas de la mano derecha: índice, medio, anular y meñique”, “El Licitante realizará la captura indicada en la “Toma 3”, colocando los dedos indicados sobre la platina del dispositivo de la siguiente manera. • En forma vertical. • De manera rolada. • En posición plana.”	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Dado que la convocante está solicitando dispositivos con funcionalidades de captura de huellas planas particularmente y que el proceso de captura solicitado está acotado a tomas simultáneas (4-4-2), en la cual no sería posible hacer una toma de huellas roladas, entendemos que la toma de manera rolada no aplica para la prueba. ¿Es correcta nuestra apreciación?		

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SERVICIOS DE CAPACITACION DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS S. A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13 de 66	1.4.1 Plazo para la entrega de bienes	<p>Solicitan: ...” La entrega de la cantidad mínima de los bienes junto con el documento que ampare su garantía y el procedimiento para hacerla válida se realizará en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo.”...</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante acepte para la entrega de la cantidad mínima de los bienes, un plazo de 90(noventa) días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo”, ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta su solicitud.</p> <p>En la Investigación de Mercado realizada por el Instituto, se identificó que las empresas pueden realizar la entrega de los bienes en los 60 días naturales definidos en la convocatoria.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: SERVICIOS DE CAPACITACION DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS S. A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
2	36 de 66	2.1.1 Especificaciones Técnicas, inciso a) Garantía por 3 años.	En el inciso 5 indican ...”La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se realizará en sitio, en las capitales de las 32 entidades federativas”..., solicitamos atentamente a la convocante nos proporcione la cantidad de lectores que se asignarán a cada entidad federativa, ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su solicitud. Las cantidades de bienes que se asignarán para cada una de las 32 entidades federativas, le serán entregadas al Proveedor, por correo electrónico, 45 días naturales después del fallo.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	33	1. Descripción general	Se solicita a la convocante indicarnos a que se refiere con que una estación MAC no opera de forma Integral	Se denomina estación de trabajo al equipo de cómputo que se utiliza para la captación de la información de los ciudadanos que acuden a realizar un trámite a un Módulo de Atención Ciudadana (MAC), y se le denomina integral cuando tiene incorporados la totalidad de los dispositivos periféricos que se requieren para realizar el trámite para obtener la credencial para votar, como son: Impresora, pad de firma, lector de código de barras, escáner de digitalización de documentos, escáner de	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				huellas decadactilar y cámara fotográfica.	
2	33	1. Descripción general	¿Solicitamos a la convocante nos indique si tiene un número estimado por año de MAC adicionales?	No se tiene una cantidad estimada de Módulos de Atención Ciudadana adicionales, esta depende de la demanda de trámites y necesidades del Instituto.	DERFE
3	33	2.1.1 Especificaciones técnicas. Condiciones de Operación	Solicitamos a la convocante poder ofertarle un lector biométrico con la condición de operación de HUMEDAD de (30-85%) ya que esto no afecta la funcionalidad del dispositivo. ¿Se acepta nuestra petición?	Se acepta su petición, sin ser un requisito para el resto de los licitantes.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	33	2.1.1 Especificaciones técnicas. Compatibilidad	Dado que la convocante solicita que el software incluido deberá de ser compatible con su totalidad con el sistema operativo Linux Fedora27, Se solicita a la convocante poder referencial que el fabricante en su documentación técnica dice que el dispositivo ofertado soporta el sistema Operativo LINUX y la empresa ofertante garantice el correcto funcionamiento con Linux Fedora 27 (kernel 4.x), así como la librería libusb 0.1.5-10 y la librería libusbx 1.0.21-4, por medio de una carta firmada por el representante legal ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta. El Licitante deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas, numeral 3.3, párrafo tercero de la convocatoria, que establece: En caso de que los catálogos y/o folletos de los equipos ofertados no especifiquen alguna característica técnica, “El Licitante” deberá entregar escrito emitido por el fabricante en el que indique que cumple con las características no	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadaactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el Anexo 1 especificaciones Técnicas de la convocatoria describiendo la misma en dicho escrito. <u>No se aceptará escrito que indique que cumple con todas las características técnicas solicitadas.</u>	
5	36	a) Garantía por 3 (tres años)	¿Se solicita a la convocante aclarar, en dado caso de una reparación, reinstalación o remplazo de Hardware, como será la logística de entrega del dispositivo por parte del Instituto?, ya que se menciona que los	La entrega de los bienes que llegaran a presentar falla se realizará en las capitales de las 32 entidades federativas, como se define en el numeral 2.1.1 <i>Especificaciones Técnicas</i> , inciso a) <i>Garantía por 3 (tres) años</i> , viñeta siete, que establece:	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			equipos serán entregados en su almacén 60 días después del fallo.	La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se realizará en sitio, en las capitales de las 32 entidades federativas, en el domicilio que el Administrador del contrato le defina a “El Proveedor” para cada entidad, dichos domicilios serán proporcionados por escrito dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de la entrega de los bienes.	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
6	36	a) Garantía por 3 (tres años)	¿Se requiere apoyo de un rollout de los dispositivos a adquirir?	No se requiere apoyo para el despliegue de los bienes (rollout).	DERFE
7	36	a) Garantía por 3 (tres años) • Deberá asumir los gastos asociados que se generen por el manejo, retiro, reintegro y traslados de los bienes.	¿El instituto requiere de apoyo por parte del proveedor seleccionado para trasladar los bienes adquiridos de una ubicación a otra durante la vigencia de la garantía?	No, el Instituto por sus propios medios realizará el traslado de bienes en caso de ser necesaria una reubicación.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
8	36	a) Garantía por 3 (tres años)	¿Se requiere soporte en sitio por parte del proveedor seleccionado para los cambios o actualizaciones de la versión de sistema operativo que el instituto realice durante el lapso de la vigencia de la garantía?	Es correcto. Como se define en el numeral 2.1.1 del Anexo 1 Especificaciones técnicas inciso a) última viñeta, de la convocatoria, que establece: En el momento que “ El Instituto ” realice actualizaciones a la versión del sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bits a las versiones superiores de Linux Fedora, “ El Proveedor ” deberá considerar lo necesario para proporcionar el apoyo para la integración de los dispositivos	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				a esta nueva versión, sin costo adicional para el Instituto, durante la vigencia de la garantía.	
9	38	4.3 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra.	Es posible obtener una imagen del equipo con el sistema operativo Linux Fedora (kernel 4.x) a 64 bits que utiliza el Instituto?, con la finalidad de asegurar cualquier inconveniente de funcionalidad del bien a ofertar	Atendida con la respuesta a la pregunta 17 del Licitante SMARTMATIC MÉXICO S.A.DE C.V.	DERFE
10	38	1.1.1 Entrega de bienes muestra. 4.1.1.5 “El Licitante” deberá proporcionar un	¿Existe algún inconveniente si se entrega como comodato que ampare el bien de muestra?, Podrían indicarnos a que nombre se genera el comodato?	No se acepta su propuesta. El Licitante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá hacer entrega del bien ofertado.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		inventario detallado del hardware y software que proporciona conjuntamente con el equipo muestra.		conforme a lo establecido en el punto 4.1.1.2, del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	
11	40	Columna Especificaciones, secciones Toma1, Toma 2 y Toma 3	Se solicita a la convocante que sea más específica ¿A qué se refieren con toma vertical, ¿cómo aprecian esta toma?	Pregunta atendida con la modificación No. 1 de la convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
12	42	Columna Especificaciones, secciones Toma1, Toma 2 y Toma 3	Se solicita que a la convocante aclare cuando indica que se deben tomar las capturas de los cuatro dedos de las manos izquierda y derecha, y de los dos pulgares, de forma simultánea (en 3 tomas) de manera rodada, ¿Esto es correcto? Ya que no es posible realizar tomas rodadas de más de un dedo al mismo tiempo	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE
13	42	Columna Especificaciones, secciones Toma1, Toma 2 y Toma 3	Se indican tres posibilidades de captura (vertical, plana y rodada), se entiende que se debe realizar sólo una de las tres, ¿esto es correcto?	Atendida con la Modificación No. 1 de la Convocante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
14	40	Apéndice 1	¿Solicitamos a la convocante nos aclare cuando dice que el procedimiento de instalación lo aplicará el personal del “¿Instituto” que se designe para la supervisión de las pruebas, ese mismo personal ejecutará o solo lo supervisará?	Es correcto. El procedimiento de instalación lo aplicará el personal del “ Instituto ” que se designe para la supervisión de las pruebas de funcionalidad de los bienes propuestos, descritas en el Apéndice 1 <i>Evaluación del cumplimiento de la funcionalidad de los escáner de huella decadactilar, del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</i> La ejecución de las pruebas las realizará el personal del Licitante	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
15	44	Apéndice 1	Se menciona que se revisarán los archivos WSQ a través del visor de WSQ Cognaxon versión 1.7, instalado previamente el equipo de cómputo portátil proporcionado por el Instituto, ¿tiene algo en especial la versión 1.7? Ya que nosotros logramos validar con la versión 4.1	La versión 1.7 del visor de WSQ Cognaxon es la disponible para Linux, sistema operativo con el que se realizará la validación de las funcionalidades, por tal motivo es que se definió esta versión. La versión 4.1 está disponible solo para Windows.	DERFE
16	41	Generación de minucias ANSI	¿Se tiene alguna definición o ejemplo de cómo es el ANSI que se debe generar? Esto debido a que, si bien es un estándar, cada fabricante puede agregar información adicional y con esto podría existir un problema de	La versión de ANSI que deberá cumplir el dispositivo es la: ANSI/INCITS-378 versión 2004.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BIOMETRIA APLICADA S.A DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			compatibilidad con el archivo que el instituto espera.		

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	24	6.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	Solicitamos a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación de los interesados, se amplie el plazo para la presentación de propuestas, toda vez que no se cuenta con el tiempo suficiente para el desarrollo del software de pruebas solicitado por la convocante, y dicho software solo podrá ser presentado en tiempo y forma por una empresa que sea probablemente la que ganó el último contrato para la adquisición de los mismos equipos.	No se acepta su solicitud. Se precisa que no se está solicitando un desarrollo de software para la utilización del equipo. Lo que el Instituto solicita es que se demuestre compatibilidad y adecuada operación con el Sistema Operativo Linux Fedora 27 de 64 bits. Las funcionalidades que deberá demostrar en las pruebas son: 1. Obtención de las 10 imágenes en formato WSQ.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>2. Obtención de 10 minucias ANSI.</p> <p>3. Autenticación 1:1 con imágenes WSQ y 1:1 minucias ANSI.</p> <p>4. Validación de la calidad de las huellas (NFIQ).</p> <p>El Licitante deberá considerar todos los elementos necesarios para demostrar las funcionalidades requeridas, estos elementos podrán ser: API, SDK, Drivers o cualquier otro que requiera para las pruebas.</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.


Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadaactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
2	37	ANEXO 1-A, Numeral 4, numeral 4.1 PRUEBAS TÉCNICAS	Solicitamos amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre concurrencia y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29 Fracción V de la Ley De Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 40 de su Reglamento, se establezca que este requisito será únicamente para el licitante ganador, ya que al establecer este requisitos se limita la libre participación y se beneficia a un licitante en particular, licitante que actualmente ya cuenta con el software desarrollado, no omito señalar a la convocante que este	En principio se hace notar que la normatividad invocada no es aplicables a este Instituto. Por lo que no se acepta su solicitud. No es factible que las pruebas de funcionalidad las realice solo el Licitante ganador, ya que se requiere que se demuestre la compatibilidad con el Sistema Operativo Linux Fedora 27 de 64 bits, así como las funcionalidades. El Licitante deberá considerar todos los elementos necesarios para demostrar las	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Software es un desarrollo especial para el instituto.	funcionalidades requeridas, estos elementos podrán ser: API, SDK, Drivers o cualquier otro que requiera para las pruebas.	
3	38	ANEXO 1-A, Numeral 2 funcionalidades, Numeral 4, numeral 4.3 EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES	Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente: Toda vez que el Software solicitado en el numeral 2 funcionalidades del Anexo 1-A de las bases de la convocatoria, requiere de un desarrollo específico para las aplicar las pruebas de cumplimiento de funcionalidad requeridas por la convocante y no es un Software que se comercialice	Atendida con la respuesta a su pregunta 2. 	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			libremente por los desarrolladores y/o fabricantes. Solicitamos a la convocante que las pruebas de evaluación de la funcionalidad de los bienes, sean aplicadas únicamente al licitante ganador, ya que no se tiene el tiempo suficiente al día de presentación de propuestas para desarrollar dicho Software, lo anterior con la finalidad de no limitar la libre concurrencia.		
4	38	Numeral 4 ANEXO 1-A, numeral 4.3 EVALUACIÓN DE	Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente: Toda vez que el Software solicitado en el numeral 2 funcionalidades del	No se acepta su solicitud. El Instituto requiere que el Licitante demuestre la adecuada operación de los	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES	Anexo 1-A de las bases de la convocatoria, requiere de un desarrollo específico para las aplicaciones requeridas por la convocante y no es un Software que se comercialice libremente por los desarrolladores y/o fabricantes, solicitamos a la convocante que acepte que al presentar una carta bajo protesta de decir verdad emitida por el fabricante donde se señale que el software propuesto y que se entregará junto con los equipos cumple con los requisitos de la convocante y que las pruebas que se corran en caso de resultar adjudicados cumplirán con los requisitos de la convocante, lo	dispositivos ofertados en las pruebas solicitadas.	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadaactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			anterior con la finalidad de no limitar la libre concurrencia.		
5	40, 41, 42 y 43	Apéndice 1	<p>Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente:</p> <p>Toda vez que los licitantes no podemos intervenir en ninguna forma en la evaluación de propuestas y de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 del Reglamento es la convocante quien con posterioridad a recibir las propuestas</p>	<p>En principio se hace notar que la normatividad invocada no es aplicable a este Instituto.</p> <p>Por lo que no se acepta su solicitud.</p> <p>El Instituto requiere que el Licitante demuestre la adecuada operación de los dispositivos ofertados en las pruebas solicitadas.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			deberá de realizar la evaluación de las mismas. Amablemente solicitamos a la convocante que se omita la verificación de pruebas por parte de los licitantes señaladas en el Apéndice 1 y estas pruebas sean aplicables únicamente al licitante ganador, lo anterior a fin de no transgredir los ordenamientos antes invocados.		
6	26, 26, 38, 40, 41, 42 y 43	Numeral 6.4 Acta de fallo, Numeral 4 ANEXO 1-A, numeral 4.3 EVALUACIÓN DE	Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente: De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	En principio se hace notar que la normatividad invocada no es aplicables a este Instituto.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		LA FUNCIONALIDAD, Apéndice 1	Servicios del Sector Publico, se debe de señalar en el acta de fallo: <i>"Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. INDICARÁ TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES."</i> En este sentido solicitamos a la convocante nos aclare si se señalara en el acta de fallo que los responsables de realizar las pruebas de funcionalidad será el personal de cada licitantes y se señalaran los	Se aclara que, las pruebas de funcionalidad forman parte de la propuesta técnica de cada licitante y los responsables de la evaluación de las proposiciones, son los servidores públicos del Instituto facultados para ello, según se señala en los numerales 5.1 "Criterios de evaluación técnica" y 5.2 "Criterios de evaluación económica" de la convocatoria, por lo tanto no resulta necesario señalar en el acta de fallo el nombre y cargo de las personas que se presenten para realizar las pruebas de funcionalidad.	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			nombres de cada uno de ellos, tal y como lo invoca el ordenamientos antes señalado.		
7	38, 40, 41, 42 y 43	Numeral 4 ANEXO 1-A, numeral 4.3 EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD, Apéndice 1	Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente: Cuenta la convocante con personal debidamente certificado y acreditado conforme a la Ley Federal Sobre Metrología para verificar y aprobar el funcionamiento de los equipos y software para comprobar el cumplimiento de la funcionalidad del escaner requeridos?	Las pruebas son de funcionalidad y las realizará el Licitante, ante la presencia de personal del Instituto. Ya que las pruebas son únicamente de funcionalidad del dispositivo con el Sistema Operativo Linux Fedora 27 de 64 bits, no se requiere personal certificado por parte del Licitante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				El personal del Instituto, solo supervisará el cumplimiento de la pruebas de funcionalidad.	
8	38, 40, 41, 42 y 43	Numeral 4 ANEXO 1-A, numeral 4.3 EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD, Apéndice 1	Solicitamos a la convocante nos aclare lo siguiente: Cuenta la convocante con los instrumentos debidamente certificado, acreditado y calibrados conforme a la Ley Federal Sobre Metrología para verificar y aprobar el funcionamiento de los equipos y software requeridos?	El Instituto requiere pruebas de funcionalidad del dispositivo las cuales se mencionan a continuación: 1. Obtención de las 10 imágenes en formato WSQ. 2. Obtención de 10 minucias ANSI. 3. Autenticación 1:1 con imágenes WSQ y 1:1 minucias ANSI.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Fouet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				4. Validación de la calidad de las huellas (NFIQ).	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: LATINID, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	14	1.6 Normas Aplicables	Es de nuestro entendimiento que el escrito en hoja membretada, firmada por el representante Legal del LICITANTE en el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la norma referido con el numeral 2.1.1. del anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la convocatoria (NOM 019-SCFI-1998) se presentará solo en el caso de que el equipo requiera de una alimentación Mayor a 24 volts. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	12	Primer párrafo	Existirá garantía sobre los servicios si hubieren y por cuanto tiempo	En el presente proceso de Licitación, no se están contratando servicios. El Objeto de la contratación es la “Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana”.	DERFE
2	15	1.9	¿Cuál es el tiempo específico para la validación de los servicios?	La validación de los bienes entregados en el almacén General del Instituto, es variable, el cual no rebasa los 10 días naturales.	DERFE
3	28	18 primer párrafo	Se podrá reducir el porcentaje de pena convencional ya que el 1% por día natural de retraso es muy alto.	El porcentaje a aplicar por el concepto de Penas Convencionales, está definido en los Artículos 62 del REGLAMENTO y 145 de las POBALINES aplicables al	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				Instituto, estableciendo como mínimo el 1% sobre los bienes no entregados oportunamente.	
4	29	8 segundo párrafo	¿Cuál es el límite máximo de días de retraso para la rescisión del Contrato, considerando que el máximo es el monto de la garantía de cumplimiento?	La pena convencional es del 1% calculado sobre el monto de los bienes no entregados oportunamente, por lo tanto, para conocer el máximo de días para cubrir el monto de la garantía es necesario conocer el precio unitario de los bienes y la cantidad de ellos que no se entregarían a tiempo.	DEA
5	32	13.3 inciso 3)	Se exigirá el pago de daños y perjuicios, en caso de que sean exigibles, ¿Se podrá incluir un límite de responsabilidad sobre dichos	En términos del artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento del Instituto	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			daños y perjuicios? Y en su caso ¿modificarlos a daños directos?	Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, señala que en caso de que se considere que de continuar con el presente procedimiento de licitación se causarían daños o perjuicios al Instituto, el procedimiento será cancelado por el propio Instituto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento, cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto,	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados. Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al Instituto, previa petición y justificación del proveedor, éste reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables,	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.	
6	51	Anexo 7	<p>¿La indemnización por mora es lo mismo que la pena convencional y en caso de que no sea así por cuanto es la indemnización y cuál será su límite?</p> <p>En caso de no ser lo mismo, ¿La indemnización se podrá modificar por pago de daños directos?</p>	<p>La indemnización por mora referida en el Anexo 7 de la convocatoria se refiere al pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y procederá conforme lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas según se señala en el referido Anexo 7.</p>	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadaactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	55	Sexta inciso 2	¿Se incluirá en algún momento el pago de penas deductivas o retroactivas?	El administrador del contrato informará por escrito de los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales que correspondan. Según se señala en el numeral 9 de la convocatoria, para el presente procedimiento no aplicarán deducciones.	DEA
8			Existirá algún tipo de seguro adicional a la Garantía	Respecto a la garantía de los bienes, se solicita en términos de lo señalado en el inciso a) del numeral 2.1.1 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la convocatoria. Ahora bien, el PROVEEDOR determinará el tipo de transporte y seguros a utilizar para el traslado y la	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				cobertura de riesgo de los bienes hasta su entrega en el Instituto.	
9	36	a) Garantía por 3 (tres) años.	Favor de describir el proceso de levantamiento de reportes.	Atendida con la respuesta a la pregunta 5 de SMARTMATIC MÉXICO, S.A. DE C.V.	DERFE
10	38	4.2.2 Consideraciones para la evaluación de los bienes muestra	Cantidad Máxima de Personas que pueden realizar la evaluación.	El Licitante podrá considerar un máximo de 4 para las pruebas de evaluación de las funcionalidades.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
11	38	4.2.2 Consideraciones para la evaluación de los bienes muestra	A partir de qué fecha se realizaran las pruebas?	La fecha se definirá en el Acto de Presentación y apertura de proposiciones, a través de un sorteo, como se establece en el numeral 4.2.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE
12	39	4.6 Entrega de bienes para su integración y funcionalidad a la operación.	Los dos equipos entregados para las pruebas del Instituto pueden ser parte del total de los equipos a entregar el licitante adjudicado.	Atendida con la respuesta a la pregunta 22 de SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
13	40	Apéndice 1 Evaluación de los Bienes muestra.	El licitante nos podría compartir información sobre el protocolo de pruebas y criterios de evaluación que ejecutará sobre los Scanner y el SW demo. Lo anterior ya que no se establece especificaciones relativas a la usabilidad.	En el Apéndice 1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, se describe el procedimiento de las pruebas de funcionalidad que se realizarán a los bienes propuestos por el Licitante.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	Página 5	Registro de participación	Entendemos que, en caso de estar dado de alta en el padrón de proveedores, ya no es necesario presentar el Anexo 10, sin ser motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 10 de la convocatoria, enviándolo como archivo adjunto a los correos: atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx . La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro con los datos complementarios y el sello del INSTITUTO. Dicho documento servirá al LICITANTE como comprobante de registro.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.	
2	Página 5	Registro de participación	En caso que la respuesta sea negativa, Solicitamos que si el trámite para comprobar el alta como proveedor (Anexo 10), se pueda presentar con el sello y firma en copia ya que se menciona que se puede solicitar por correo electrónico, sin ser un motivo de descalificación.	Se acepta su solicitud.	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			¿Se acepta nuestra solicitud?		
3	Página 35	Alimentación	<p>Se menciona que A través de puerto USB 2.0 o superior y/o eléctrica, en caso de que la alimentación del dispositivo sea eléctrica, "El Licitante" deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con la norma oficial mexicana NOM-019-SCFI-1998, el cual deberá acreditarse mediante la presentación de copia del certificado expedido por el organismo acreditado.</p> <p>En caso de que corresponda la presentación de la copia de la norma, solicitamos a la convocante que la</p>	<p>Se acepta su solicitud.</p> <p>El Licitante deberá dar cumplimiento al numeral 1.6 <i>Normas aplicables</i> de la convocatoria, que establece:</p> <p><i>De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para el presente procedimiento el licitante deberá presentar</i></p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>presentación de la norma solo aplique para el licitante que resulte adjudicado.</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>como parte de su oferta técnica, un escrito en hoja membretada, firmada por el representante Legal del LICITANTE en el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la norma referida con el numeral 2.1.1. del anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la convocatoria.</p>	
4	Página 35	Alimentación	<p>En caso de ser negativa la respuesta de la pregunta anterior.</p> <p>Solicitamos que para cumplir este punto en caso de que sea necesario, nos permita presentar escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con la norma oficial mexicana NOM-</p>	<p>Atendida con la respuesta a su pregunta 3.</p>	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			019-SCFI-1998, cubriendo la copia de la certificación. ¿Se acepta nuestra propuesta?		
5	S/N	Carta poder	Solicitamos a la convocante, que en caso de no presentarse el Representante legal en la junta de aclaraciones y en la apertura, se pueda a signar a un representante donde pueda contar con facultades para intervenir en los actos de la junta de aclaraciones y apertura de las propuestas, con una carta poder simple. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta, considerando que: <u>Para participar en la junta de aclaraciones:</u> Deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación , por sí o en representación de un tercero; Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad	DEA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.</p> <p><u>Para participar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones:</u></p> <p>Para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para</p>	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: BLACK ECCO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro, de conformidad con lo señalado en el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO y el numeral 6.2.4 “Desarrollo del acto” de la convocatoria.	

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

PREGUNTAS PRESENTADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Licitante: Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1			Derivado de mi pregunta 18, para la autenticación 1:1 el Instituto proporcionará alguna herramienta para el método de autenticación por imágenes WSQ.	No. El licitante como parte de su propuesta deberá integrar lo necesario para realizar la autenticación.	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

Anexo 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Founet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1			Con relación a la respuesta dada a la pregunta 5 de mi representada con fundamento en lo señalado en el artículo 2 fracción XXI, 36 fracción X y 43 del Reglamento solicitamos a la convocante que toda vez que las pruebas y verificaciones que se pretendan correr a los equipos presentados y que seamos los proveedores quienes los hagamos y ya que dichos equipos forman parte de la propuesta técnica, solicitamos que sea la propia convocante quien corra dichas pruebas o verificaciones o en su defecto podamos estar los demás licitantes presentes en las pruebas de cada licitante.	Podrá asistir una persona por cada licitante en carácter de observador, mismo que tendrá que firmar el acta que en el acto se elabore para las pruebas de funcionalidad. Sin ser un requisito para el resto de los licitantes. Respecto a su solicitud de que la convocante sea quien lleve a cabo las pruebas o verificaciones, no se acepta su solicitud por lo que se deberá atender lo señalado en el numeral 4 Anexo 1-A, del	DERFE

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS POSIBLES LICITANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018 PARA LA “ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.


Anexo 2

Preguntas y Respuestas

Licitante: Founet México, S.A. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-020/2018					
Relativa a: Adquisición de escáner de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria. En relación a la respuesta a la pregunta No 24 de SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V. , se modifica con esta respuesta.	
2			Con relación a la respuesta dada a la pregunta 6 de mi representada solicito a la convocante me acredite conforme al artículo 36 fracción X si, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para este procedimiento es aplicable para la validación de las pruebas.	La Ley Federal sobre Metrología y Normalización es aplicable para el presente procedimiento, no obstante para las pruebas de funcionalidad no se identifican métricas establecidas en la referida Ley.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Acuse de recepción de disco

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Idemia Identity & Security France, S.A.S.	Rafael Javier Luengo Bengoa rafael.luengo@idemia.com	
IQsec, S.A. de C.V.	Itzel Abigail Flores Martínez itzel.flores@iqsec.com.mx	
Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	Raymundo Tavira Ramírez rtavira@siasa.com	
Black Ecco, S.A. de C.V.	Teresa Soberanes teresa.soberanes@blackecco.com	
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V.	Alexander de Gandiaga Saavedra alexander.gandiaga@acerta.net	
Fouet México, S.A. de C.V.	Francisco Baca Cardoso fbaca@fmexico.mx Alejandra Lara alara@fmexico.mx	
Nec de México, S.A. de C.V.	Iris Adriana Díaz Cal y Mayor idiaz@nec.com.mx	
Smartmatic México, S.A. de C.V.	Ricardo Acacio Zavala ricardo.acacio@smartmatic.com	
Biometría Aplicada, S.A. de C.V.	Rey Izquierdo Hernández rizquierdo@biometriaaplicada.com	
Diseño Integración de Sistemas Computacionales, S.R.L. de C.V.	Rodrigo González Balsa rodrigog@disc.com.mx	
Representaciones y Control Administrativo, S.A. de C.V.	Gerardo Campoy Ruy Sánchez jcampoy@rcamx.com	
Latin ID, S.A. de C.V.	Alejandra Pérez Santana aperez@latinid.com.mx	
Técnica Comercial Vilsa, S.A. de C.V.	Noé Blancas García ventasg@vilsa.com.mx	

LICITANTES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

30 DE ABRIL DE 2018

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
IDENIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS	RODRIGUEZ JAVIER LUENGO BENCOS rufoel.luengo@idemia.com		11:21
Iqsec, SA de CV	Itzel Abigail Flores Martinez itzel.flores@iqsec.com.mx		11:25
Sistemas Integrales de Automatizacion SA CV	Raymundo Tamra Ramirez rtamira@siaa.com		11:33
IDENIA, IDENTITY & SECURITY FRANCE S.A.S.	victor.bañuelos@idemia.com Victor Bañuelos Alvarez		11:35
BLACKECO S.A de C.V.	Teresa. soberones@blackecco.com Teresa soberones Miranda		11:36
ACEITA COMPUTACION APLICADA, S.A. DE C.V.	ALEXANDER DE GANDIAGA SAAVEDRA alexander.gandiaga@aceta.net		11:42

4

LICITANTES



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

30 DE ABRIL DE 2018

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
Fovot México, S.A. de C.V.	J Francisco Bara Cardoso FBara@Fmexico.mx	<i>[Handwritten signature]</i>	11:45
Nec de Mexico S.A.	Inis Adriana Alcaraz C ialcaraz@nec.com.mx	<i>[Handwritten signature]</i>	11:46
SMARTMATIC	Ricardo Acasio Zavala ricardo.acasio@smartmatic.com	<i>[Handwritten signature]</i>	11:47
Biometría Aplicada S. de C.V.	Rizquierdo Hernández	<i>[Handwritten signature]</i>	11:47
Diseño e Integración de Sistemas Computacionales SRL de CV	Rodrigo González Balza rodrigo@disc.com.mx	<i>[Handwritten signature]</i>	11:50
REPRESENTACIONES Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV	GERARDO CASAPPOY ROY ROMERO SGCASAPPOY@RCA.MX.COM	<i>[Handwritten signature]</i>	11:50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LICITANTES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-020/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLA DECADACTILAR PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

30 DE ABRIL DE 2018

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
Latin ID S.A. de C.V.	aperez@latinid.com.mx Cristiana Pérez Santos		11:50 am
Técnica Comercial Vilsa S.A. de C.V.	Noé Blanca García ingenieria@vilsa.com.mx		11:50
FOUET Mexico S.A. de C.V.	Alejandro Lara alara@fmexico.mx		11:56

[Handwritten mark]

Ciudad de Mexico, a 30 de Abril

de 2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

PRESENTE.

A través del presente, manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública de Nacional / Internacional. No. LFI-10E-020 /2018 Para la Contratación/ Adquisición de:

Adquisición de escaner de huella dactilar para la operación de módulos de atención ciudadana.

Nombre:

Raymundo Tavira Ramirez

Nombre o razón social completa del licitante que representa:

Sistemas Integrales de Automatización SA de CV.

Teléfono:

019999302575 52642272

Correo Electrónico:

rtavira@siwa.com

Firma

[Handwritten signatures and marks]

PREGUNTAS

Derivado de la pregunta 17
Para la autenticación ¿el Instituto proporcionara alguna herramienta para el metodo de autenticación por imagen WS@?

No, El licitante como parte de su propuesta deberá integrar lo necesario para realizar la autenticación.

[Handwritten marks and signatures]

2

✓

Ciudad de Mexico, a

de

de 2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

PRESENTE.

A través del presente, manifiesto mi interés en participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional / Internacional.

No. LP-INF-070 /2018 Para la Contratación/ Adquisición de:
escaner de huella dactilar para los municipios de
gran ciudad de

Nombre:
J Francisco Barral Colados

Nombre o razón social completa del licitante que representa:
Four Mexico, SA de CV.

Teléfono:
55 5207 0507

Correo Electrónico:
Fbarral@FourMexico.mx

Firma

PREGUNTAS

1.7 Con relación a la respuesta dada a la pregunta número 5 de ~~la~~ mi representación, y con fundamento en lo señalado en el artículo 2, fracción XXI 36 fracción X y 43 del Reglamento. Solicitamos a la convocante que toda vez que la pruebas y verificaciones que se pretenden correr a los equipos

Presentados y que seamos los proveedores quienes los hagamos y ya que dichos equipos forman parte de la propuesta técnica, solicitamos que sea la propia convocante quien corra dichos costos de verificaciones, o en su defecto ~~est~~ podamos estar los de mas licitantes presentes en las pruebas de cada licitante

2. Con relación a la respuesta dada a la pregunta número 6 de mi representación, solicito a la convocante que me aclare si el ~~artículo~~ artículo 36 fracción X de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para este procedimiento ~~aplica~~ es aplicable para la validación de las pruebas.

